磁気共鳴断層撮影装置等医療機器（フィリップス社製）保守点検業務仕様書

京都市立病院における磁気共鳴断層撮影装置等医療機器（フィリップス社製）の保守点検業務について，地方独立行政法人京都市立病院機構を「甲」，受託者を「乙」として，下記のとおり必要な事項を定める。

記

1　対象機器

1	磁気共鳴断層撮影装置 Achieva 1.5T Nova Dual	放射線技術科
2	超音波診断装置　CX50	臨床検査技術科
3	血管造影撮影装置 Allura Clarity FD10	心血管造影室
4	生体情報モニター （設置場所及び機種・数量は別紙のとおり）	手術室，ICU, 救急センター

2　契約期間

契約日～平成２９年３月３１日

3　業務内容

⑴　定期点検

乙は，契約期間中は，常に契約機種を良好に使用できる状態を維持するため，次のとおり定期点検を行う。

1	磁気共鳴断層撮影装置 Achieva 1.5T Nova Dual	年３回
2	超音波診断装置　CX50	年１回
3	血管造影撮影装置 Allura Clarity FD10	年３回
4	生体情報モニター	年２回

⑵　緊急時の修理

乙は，契約の対象機器に故障が発生し，甲の通知を受けた場合には，可及的速やかに点検，調整，修理等を行う。

4　実施要領

⑴　点検は，製造会社の定める定期点検整備項目に従って実施すること。

⑵　乙は，点検実施予定表を毎年度４月末までに甲の指定する部署へ提出すること。なお，実際の点検実施日時等については，市立病院の業務に支障のないよう甲乙協議のうえ，そのつど決定することとし，その内容は速やかに甲へ報告すること。

⑶　乙は，保守点検等が完了したときは，速やかに甲の担当者にその旨報告するとともに，所定の様式により報告書を提出し，その内容について確認を得ること。

⑷　乙は，緊急時の連絡先について，契約後速やかに，書面にて甲に提出すること。

5　対応時間帯

⑴　定期点検については，原則として平日の９時から１７時３０分までに実施すること。

ただし，ＩＣＵに設置する機器にのみ，土・日曜日及び祝祭日等の休日を含むものとする。

⑵　故障発生時の電話受付は，２４時間年中無休対応とする。また，修理対応は，原則として平日の９時から１７時３０分までに実施する。

6　本契約に含まれる費用

⑴　定期点検費用（コンピュータ保守を含む。）

⑵　定期交換部品代（液体ヘリウムを含む。）

⑶　故障発生時の調整，修理に係る作業工賃，交通費等の費用

⑷　修理に必要な全ての部品代（ただし，消耗品を除く。）

⑸　既存技能に対する技術変更等のアップデート費用

⑹　オンコール等のサポート費用

7　適用除外

次の各号に該当するものは，この契約に含まれず，甲の注文によってそのつど，別途契約によるものとする。

⑴　天変地変の原因により生じる損傷の修理作業

⑵　機器使用方法変更による，改造組換え及びその調整作業

⑶　機器のオーバーホール

⑷　設置場所変更による，移動並びに据付調整作業

⑸　甲の機器取扱いの誤り及び環境設定仕様書の条件と著しく異なる事情等に起因する機器損傷の修理作業

⑹　消耗品（テレタイプ用紙，リボン等）

⑺　乙の取扱品以外の部品・付属品・消耗品の使用に起因する故障

⑻　乙の承認なしに，乙の技術員以外の技術員によって行われた点検，修理又は改造作業によって生じた損傷の修復作業

⑼　その他，取扱説明書に記載されている保証対象外の部品

8　支払条件

年度毎の委託料の額及び支払方法は，以下のとおりとし，甲は，乙の請求により支払うものとする。

		委託料の額及び支払方法
1	磁気共鳴断層撮影装置 Achieva 1.5T Nova Dual	各年度，4カ月ごと業務完了後に，当該年度相当分の委託料を三分割した額を支払う。
2	超音波診断装置 CX50	各年度業務完了後に，当該年度相当分の委託料を一括して支払う。
3	血管造影撮影装置 Allura Clarity FD10	各年度，4カ月ごと業務完了後に，当該年度相当分の委託料を三分割した額を支払う。
4	生体情報モニター	各年度，半期分の業務完了後に，当該年度相当分の委託料を二分割した額を支払う。

9　その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた場合は，甲乙協議のうえ，その都度決定する。

（別紙）

	品　名	規　格	数量	備　考
	【手術室】			
1	生体情報モニタ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMX800	865240	2式	H25年3月SPC調達
2	生体情報モニタ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMX700	865241	9式	H25年3月SPC調達
3	X2　ﾏﾙﾁﾒｼﾞｬﾒﾝﾄﾓｼﾞｭｰﾙ	M3002A	11式	H25年3月SPC調達
4	ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰ	M3150	1式	H25年3月SPC調達
5	24ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰEIZO	SX2462W	1式	H25年3月SPC調達
6	4Slot　Rack	IV2-FMS4(865243)	2式	H25年3月SPC調達
7	6Slot　Rack	M8048A	7式	H25年3月SPC調達
8	BISx ﾊﾟﾜｰﾘﾝｸ	185-0145-PH	11式	H25年3月SPC調達
9	BISx ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1034A	11式	H25年3月SPC調達
10	G5麻酔ｶﾞｽﾓｼﾞｭｰﾙ	M1019A	11式	H25年3月SPC調達
11	19ｲﾝﾁ　ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ		3式	
12	観血血圧ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1006B	17式	
13	体温ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1029A	6式	
14	VueLink ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1032A	2式	
15	ﾚｺｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ	M1116B	1式	
	【ICU】			
16	生体情報モニタ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMX800	865240	2式	H25年3月SPC調達（アップグレード）
17	生体情報モニタ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMX700	865241	2式	H25年3月SPC調達（アップグレード）
18	生体情報モニタ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMP50	M8004A	6式	
19	X2　ﾏﾙﾁﾒｼﾞｬﾒﾝﾄﾓｼﾞｭｰﾙ	M3002A	6式	
20	X2　ﾏﾙﾁﾒｼﾞｬﾒﾝﾄﾓｼﾞｭｰﾙ	M3002A	6式	H25年3月SPC調達
21	ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰ	M3150	1式	H25年3月SPC調達
22	ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰｸﾗｲｱﾝﾄ	M3151	1式	H25年3月SPC調達
23	19ｲﾝﾁ　ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ		4式	H25年3月SPC調達
24	15型LCDﾀｯﾁﾓﾆﾀ		6式	H25年3月SPC調達
25	19型ﾜｲﾄﾞLCDﾀｯﾁﾓﾆﾀ		4式	H25年3月SPC調達
26	CO2ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾓｼﾞｭｰﾙ	M3014A	2式	H25年3月SPC調達
27	CO2ｾﾝｻｰ	M2741A	2式	H25年3月SPC調達
28	CO2ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾓｼﾞｭｰﾙ	M3014-6891A	3式	
29	CO2ｾﾝｻｰ	M2741-68000	3式	
30	心拍出量ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1012A	4式	

	品　名	規　格	数量	備　考
31	血圧ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1006-69660	2式	
32	血圧ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1006B	12式	
33	血圧ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1006B	2式	H25年3月SPC調達
34	4Slot　Rack	IV2-FMS4(865243)	2式	H25年3月SPC調達
35	6Slot　Rack	M8048A	5式	H25年3月SPC調達
36	EC5 IDｰﾓｼﾞｭｰﾙ	865114	4式	H25年3月SPC調達
37	体温ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1029A	1式	
38	VueLink ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1032A	3式	
39	VueLink ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1032-69802	4式	
40	VueLink ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1032-69805	2式	
41	ﾃﾚﾒｰﾀｰ	TRX4851A	3式	
42	ﾚｺｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ	M1116B	2式	
43	BISx ﾊﾟﾜｰﾘﾝｸ	JP010122-999-05	1式	H25年3月SPC調達
44	BISx ﾓｼﾞｭｰﾙ	M1034A	1式	H25年3月SPC調達
	【HCU】			
45	生体情報ﾓﾆﾀ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMP50	M8004A	1式	H25年3月SPC調達（アップグレード）
46	生体情報ﾓﾆﾀ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMP5	M8105A	3式	H25年3月SPC調達
47	19ｲﾝﾁ　ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ		1式	H25年3月SPC調達
48	X2　ﾏﾙﾁﾒｼﾞｬﾒﾝﾄﾓｼﾞｭｰﾙ	M3002A	1式	H25年3月SPC調達
49	ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰ	M3150	1式	H25年3月SPC調達
	【救急室】			
50	生体情報ﾓﾆﾀ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMP30	M8002A	1式	
51	生体情報ﾓﾆﾀ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMP50	M8004A	1式	
52	生体情報ﾓﾆﾀ　ｲﾝﾃﾘﾋﾞｭｰMP50	M8004A	2式	H25年3月SPC調達（アップグレード）
53	ﾏﾙﾁﾒｼﾞｬﾒﾝﾄｻｰﾊﾞ	M3001A	2式	
54	X2　ﾏﾙﾁﾒｼﾞｬﾒﾝﾄﾓｼﾞｭｰﾙ	M3002A	4式	H25年3月SPC調達
55	19ｲﾝﾁ　ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ		1式	H25年3月SPC調達
56	ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰ	M3150	1式	H25年3月SPC調達
57	ﾃﾚﾒｰﾀｰ	TRX4851A	7式	